



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 мая 2015 года

№ ФСР 2012/13845

На медицинское изделие

**Автоматы фиксации и окраски мазков крови по ТУ 9443-002-95221815-2012 в следующих исполнениях: АФОМК-06, АФОМК-13-ПАП с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью ЭМКО Электромеханическая компания (ООО ЭМКО), Россия,  
105318, Москва, ул. Щербаковская, д. 35**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью ЭМКО Электромеханическая компания (ООО ЭМКО), Россия,  
105318, Москва, ул. Щербаковская, д. 35**

Место производства медицинского изделия

**129301, Москва, ул. Касаткина, д. 11, стр. 1**

Номер регистрационного досье № РД-6913/9726 от 21.04.2015

Вид медицинского изделия **248600**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 4330**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 05 мая 2015 года № 2968-15  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

**0011955**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 мая 2015 года

№ ФСР 2012/13845

Лист 1

На медицинское изделие

**Автоматы фиксации и окраски мазков крови по ТУ 9443-002-95221815-2012 в следующих исполнениях: АФОМК-06, АФОМК-13-ПАП с принадлежностями:**

I. Автоматы фиксации и окраски мазков крови АФОМК-6.

Принадлежности в составе:

Штатив для предметных стекол ШВ-25 (на 25 стекол толщиной 1 мм) - 2 шт.

Штатив для предметных стекол ШВ-20.2 (на 20 стекол толщиной 2 мм) - 2 шт.

Штатив для предметных стекол ШГ-6.2 (на 6 стекол толщиной 2 мм) - 2 шт.

Поддон для штатива ПВ-25 (под штативы ШВ-25, ШВ-20.2 и ШВ-6.2) - 2 шт.

Ванна для реагентов ВВ-25 (под штативы ШВ-25, ШВ-20.2 и ШГ-6.2) - 3 шт.

Ванна термической фиксации ВТФ-25 (на 25 стекол толщиной 1 мм) - 1 шт.

Комплект сантехнический для подключения к водопроводу:

1. Трубка подвода воды - 1 шт.

2. Трубка слива отходов - 1 шт.

3. Зажим для трубки слива воды - 2 шт.

Комплект для подключения к вентиляции:

1. Трубка вентиляции гибкая Ø100мм - 1 шт

2. Зажим для трубки вентиляции - 2 шт.

Сетевой шнур питания тип кабеля: компьютерная розетка "мама" IEC-320-C13 - вилка для эл. розетки, длина 1,5м - 1 шт

Предохранители 10А 250В (стекло) - 2 шт.

Стекло предметное 1 уп.

II. Автоматы фиксации и окраски мазков крови АФОМК-13-ПАП.

Принадлежности в составе:

Штатив для предметных стекол ШВ-25 (на 25 стекол толщиной 1 мм) - 2 шт.

Штатив для предметных стекол ШВ-20.2 (на 20 стекол толщиной 2 мм) - 2 шт.

Штатив для предметных стекол ШГ-6.2 (на 6 стекол толщиной 2 мм) - 2 шт.

Поддон для штатива ПВ-25 (под штативы ШВ-25, ШВ-20.2 и ШВ-6.2) - 2 шт.

Ванна для реагентов ВВ-25 (под штативы ШВ-25, ШВ-20.2 и ШГ-6.2) - 8 шт.

Ванна термической фиксации ВТФ-25 (на 25 стекол толщиной 1 мм) - 1 шт.

Комплект сантехнический для подключения к водопроводу:

1. Трубка подвода воды - 1 шт.

2. Трубка слива отходов - 1 шт.

3. Зажим для трубки слива воды - 2 шт.

Комплект для подключения к вентиляции:

1. Трубка вентиляции гибкая Ø100мм - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

0010616



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 мая 2015 года

№ ФСР 2012/13845

Лист 2

2. Зажим для трубки вентиляции - 2 шт.

Сетевой шнур питания тип кабеля: компьютерная розетка "мама" IEC-320-C13 - вилка для эл. розетки, длина 1,5м - 1 шт.

Предохранители 10А 250В (стекло) - 2 шт.

Стекло предметное 1 уп.

*Handwritten mark*

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



*Handwritten signature*  
М.А. Мурашко

0010617